



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w GDAŃSKU**

80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124 c

tel./fax (58) 52-45-414

e-mail: gdansk@oum.gda.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY

Waga automatyczna dla pojedynczych ładunków;
Znak producenta: POWER KKRv; Znak typu: FI 12.MI006.01;
Nr fabryczny: 171003025; Rok produkcji: 2018;
Producent: TAMTRON OY.

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 08 lutego 2028 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

Przyrząd pomiarowy zainstalowany w pojeździe KALMAR REACHSTACKER, model: DRF450-65S5, numer seryjny: A11301069, nr rej.: 51DT-49.

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne Max 40 t; Obciążenie minimalne Min 2 t;
Działka legalizacyjna e = 200 kg; Klasa dokładności: Y(b);

WNIOSKODAWCA

Grupa Pomorskie Centrum Sp. z o.o., 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 – wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego.

WYMAGANIA

§39 ust. 1 i 2, §40 i §41 oraz ust. 8 części II załącznika nr 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 815)

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1766)

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji umieszczono na połączeniu tabliczki znamionowej z obudową miernika wagi.
Cechy zabezpieczające, w liczbie 5 szt., umieszczono na połączeniu obudowy miernika wagi, dodatkowych tabliczkach znamionowych oraz liczbie kontrolnej wagi – 4E1A860C.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU

OUM06.6W4.45.9.2026

Data wystawienia: 08 stycznia 2026 r.



z up. DYREKTORA
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w GDAŃSKU
GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Monika Kaczmarek