

Klient	Bałtycki Terminal Kontenerowy Kwiatkowskiego 60 81-127 Gdynia
Identyfikacja przyrządu	Model Tamtron Scalex 1560 Lokalizacja/ID Gdynia, Polska Numer seryjny 202505 Klasa dokładności (III) Certyfikat zatwierdzenia typu 0200-NAWI-04450 Obciąż. maksymalne (Max) 60000 kg Działka legalizacyjna (e) 20 kg Obciążenie minimalne 400 kg ilość działek legalizacyjnych 3000
Użyte odważniki	HpH, M1 500 kg, nr świadectwa 26/LW/WM/A/2025, data wzorcowania 31.07.2025 r. HpH, M1 2000 kg, nr świadectwa 23/LW/WM/A/2025, data wzorcowania 29.07.2025 r. HpH, M1 25 kg, nr świadectwa 6126-W-25, data wzorcowania 25.03.2025 r.
Wyniki (graficznie)	

Sprawdzono według normy EN 45501

3.5.1 table 7. Niepewność pomiaru jest mniejsza niż 1/3 maksymalnego dopuszczalnego błędu w legalizacji

DANE POMIAROWE

Zwiększane i zmniejszane obciążenie:	obciążenie (kg)	wskazanie zwiększanie	wniejszanie	dokładka zwiększanie wniejszanie		błąd alny dopuszczalny błąd zwiększanie wniejszanie		±								
	0	0	0	0	0	0	0	10								
	400	400	402	0	0	0	2	10								
	10000	10006	10004	0	0	6	4	10								
	20000	20002	20004	0	0	2	4	20								
	30000	30010	30006	0	0	10	6	20								
	40000	40012	40010	0	0	12	10	20								
	60000	60018	60018	0	0	18	18	30								
Niesymetryczność obciążenia	obciążen 12000 kg (błędy na poszczególnych częściach receptora obciążenia) (kg): <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> <td>-2</td> <td>2</td> </tr> </table> Wyświetlacz								2	2	0	0	2	4	-2	2
2	2	0	0													
2	4	-2	2													
Inne testy	☒ pobudliwość (A.4.8 wg EN45501) ☒ powtarzalność (A.4.10 wg EN45501)															
Podsumowanie:	☒ Przyrząd spełnia wymagania normy EN45501															
Uwagi:	Warunki środowiskowe podczas testów: temperatura: 22 °C wersja oprogramowania miernika: 01.09 Następną legalizacja: listopad 2027															

Grzegorz Szrednicki

 Katowice
 Wydział Pomiarowy
 legalizator

TAMTRON



Nr. V025TP20-54

Deklaracja zgodności producenta Manufacturer's Declaration of conformity

Waga nieautomatyczna
Non-automatic weighing instrument

Model:
Model:

Klasa OIML
Class



Tamtron
Scalex 1560

Producent:
Manufacturer: Tamtron Systems Oy

Käärmesaarentie 3 B
02170 Espoo
FINLAND

Upoważniony przedstawiciel:
Authorized Representative: Tamtron S.A.

Sobocińskiego 19 A
40-687 Katowice
Poland

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation

Numer seryjny
Serial number:

202505

Planowane miejsce użytkowania:
Intended place of use:

Bałtycki Terminal Kontenerowy
Kwiatkowskiego 60
81-127 Gdynia
Polska

Instrument zgodny z modelem produkcyjnym opisanym w zatwierdzeniu typu CE, spełnia wymagania
dyrektywy 2014/31/EU dla wag nieautomatycznych

*Corresponds to the production model described in the EC type approval certificate and to the requirements
of the Council Directive 2014/31/EU on non-automatic weighing instruments*

Moduł D: zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji
Module D: Conformity to type based on quality assurance of the production process

6274-06
Inspecta Tarkastus Oy
Jednostka notyfikowana nr 0424
Notified Body no. 0424

Numer certyfikatu zatwierdzenia typu CE:
Number of the EU type approval certificate:

0200-NAWI-04450

Podpisano w imieniu producenta przez:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Miejscowość
Location

Data
Date

Podpis
Signature

Katowice, Polska

25.10.2025

Grzegorz Szrednicki

